

● 風しんの第5期定期接種の対象となる抗体価基準

〈風しんの追加的対策に係る手引き（第2版）より〉

検査方法	抗体価（単位等）	測定キット名（製造販売元）
HI法（赤血球凝集抑制法）	8倍以下（希釈倍率）	風疹ウイルスHI試薬「生研」 （デンカ生研株式会社）
	8倍以下（希釈倍率）	R-HI「生研」 （デンカ生研株式会社）
EIA法（酵素免疫法）	6.0未満（EIA価）	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラ IgG （デンカ生研株式会社）
	15未満 （国際単位（IU）/ml）	エンザイグノスト B風疹/IgG （シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社）
ELFA法（蛍光酵素免疫法）	25未満 （国際単位（IU）/ml）	バイダス アッセイキット RUB IgG （シスメックス・ビオメリュー株式会社）
LTI法（ラテックス免疫比濁法）	15未満 （国際単位（IU）/ml）	ランピア ラテックス RUBELLA （極東製薬工業株式会社）
CLEIA法（化学発光酵素免疫法）	20未満 （国際単位（IU）/ml）	アクセス ルベラ IgG （ベックマン・コールター株式会社）
	11未満（抗体価）	i-アッセイ CL 風疹IgG （株式会社保健科学西日本）
FIA法（蛍光免疫測定法）	1.5未満（抗体価AI*）	BioPlex MMRV IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）
	15未満 （国際単位（IU）/ml）	BioPlex ToRC IgG （バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社）

*製造企業が独自に調整した抗体価単位